検 査 報 告 書

甘楽町長 森平 仁志 様

第 26K030678 号
令和8年10月22日

検査の結果を下記の通り報告します。

株式会社総合環境分析
群馬県邑楽郡邑楽町中野1127-6
電話 0276-88-7745
FAX 0276-88-7715

件名	令和8年度水質検査業務委託		
試料種類	浄水		
採取場所	白倉上水道 大字庭谷地内		
採取年月日	令和8年10月13日	時間	10:25
採取者	富田		

検査対象	単位	測定値	検出下限値		検査方法
放射性セシウム Cs-134	Bq/kg	検出せず	1		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
放射性セシウム Cs-137	Bq/kg	検出せず	1		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
放射性セシウム合計値	Bq/kg	--	--		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
以下余白					

備考	
	測定日 : 令和8年10月13日 測定者 : 大川 広行 測定サンプル量 : 2000g
	測定機器 : ゲルマニウム半導体測定装置(CANBERRA製GC2018-7500SL-iPA-SL)
	測定値は減衰補正した値である。
	測定値の「検出せず」は、検出下限値未満を示す。

検 査 報 告 書

甘楽町長 森平 仁志 様

第 26K030679 号
令和8年10月22日

検査の結果を下記の通り報告します。

株式会社総合環境分析
群馬県邑楽郡邑楽町[illegible]27-6
電話 0276-[illegible]45
FAX 0276-[illegible]15

件名	令和8年度水質検査業務委託		
試料種類	浄水		
採取場所	轟上水道 大字国峰地内		
採取年月日	令和8年10月13日	時間	10:50
採取者	富田		

検査対象	単位	測定値	検出下限値		検査方法
放射性セシウム Cs-134	Bq/kg	検出せず	1		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
放射性セシウム Cs-137	Bq/kg	検出せず	1		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
放射性セシウム合計値	Bq/kg	--	--		ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる放射能測定法
以下余白					

備考	
	測定日 : 令和8年10月13日 測定者 : 大川 広行 測定サンプル量 : 2000g
	測定機器 : ゲルマニウム半導体測定装置(CANBERRA製GC2018-7500SL-iPA-SL)
	測定値は減衰補正した値である。
	測定値の「検出せず」は、検出下限値未満を示す。