

自動体外式除細動器（AED）購入契約 プロポーザル実施に関する質問への回答

分類	質問	回答
企画提案書の作成について 【実績】	他の地方公共団体における実績について、記載は群馬県内のみという認識でよろしいでしょうか？	群馬県内に限らず企画提案書へ記載するようお願いいたします。
	弊社のAEDは、令和元年度以降、現在に至るまで3種類のAEDを販売しておりますが、実績は主な実績について詳細を記載し、残りはまとめて記載する内容でよろしいでしょうか？	質問いただきました内容で企画提案書へ記載いただければ問題ありません。
	直販はほぼ無いため、金額は弊社の方でも把握していませんので、記載しなくても宜しいでしょうか？	金額については記載いただかなくても構いません。
仕様書について 【納入期限】	納入期限令和4年9月30日とありますが、代替機の対応は不可でよろしいでしょうか？	代替機の対応は原則不可とさせていただきます。
仕様書について 【規格】	メーカーのリモート監視システムは、保証期間5年間は付帯しています。耐用年数8年まで延長も可能ですが、その費用を含めた見積金額を提出することによろしいでしょうか？または、含めずに維持費用に記載するのか、どちらか明確にしてください。	延長分の費用につきましては維持費用に計上し、企画提案書へ記載するようお願いいたします。